

PROHLÁŠENÍ O LEGISLATIVNÍ VÝJIMCE

Tímto prohlašujeme, že níže uvedené zdravotnické prostředky:

- **Bed Matrix classic**
- **Bed Comfy classic**
- **Bed Care classic**
- **Bed Matrix low**
- **Bed Comfy low**
- **Bed Care maxi**

vyráběné společností **KOVONAX spol. s r.o.**, IČO: 46345949, se sídlem: Sušilova 477, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, jsou klasifikovány jako prostředky rizikové třídy I, které nemají měřicí funkci, nejsou sterilní ani nepatří mezi chirurgické nástroje pro opakované použití (viz prohlášení o shodě). Účast oznámeného subjektu na posouzení shody proto není vyžadována. **S ohledem na výše uvedené nebyl vydán certifikát oznámeného subjektu a místo něj je k ohlášení přiložen tento dokument.**